

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"  
 Broj: 01-173/1  
 Datum: 26.01.2018.god.

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"	Lice/a za davanje informacija: Radojka Milošević
Adresa: Dobrota b.b.	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB : 02032643
Telefon: 032-334-536	Faks: 032-334-536
E-mail adresa: domzdr@t-com.me	Internet stranica (web): www.dzkotor.me

**II Predmet javne nabavke**

robe

**III Opis predmeta nabavke**

**Nabavka spirometra za potrebe Centra za plućne bolesti JZU: "Dom zdravlja Kotor"**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om 6.500,00 €;

**V Tehničke karakteristika ili specifikacije**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
------	---------------------------------------	--	----------------	----------

	<b>predmeta nabavke</b>			
1	<b>SPIROMETAR</b>	<p>Aparat sa PC računarom i štampačem, sistemom za mjerenje spirometrije, softverom, kalibracionom pumpom, setom pribora neophodnim za mjerenje spirometrije i stativom.</p> <p>Sistem mjerenja protoka vazduha je pneumotahograf.</p> <p>Aparat treba da ima mogućnost sledećih mjerenja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spora spirometrija : VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, V<sub>cin</sub>, V<sub>cex</sub>, VEMAX, TI, TE, T<sub>tot</sub>....</li> <li>- Krivulja protok volumena : FVC, FEV1, FEV5, FEV2, FEV3, FEV1% V<sub>cmax</sub>, FEV1% FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50% MIF50...</li> <li>- Maksimalna voljna ventilacija MVV, BF, MVV, VT, MVV....</li> <li>- Bronhodilatatorski test</li> </ul> <p>Softver za bronhoprovokaciju.</p> <p>Softver za kalibraciju mora imati sledeće mogućnosti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibracija</li> <li>- „Three flow protokol „ kalibracija.</li> </ul> <p>Softver aparata mora imati bazu podataka pacijenata i mjerenja kao i mogućnost kreiranja izvještaja po želji korisnika koji se mogu sačuvati i koristiti po želji.</p> <p>Mogućnost štampe izvještaja, istovremeno u PDF fajl i na štampač, sa opcijom gdje korisnik može automatski da podesi gdje će se PDF fajl sačuvati i mogućnošću automatskog kreiranja imena fajla iz imena, prezimena, identifikacionog broja pacijenta.</p> <p>Softver aparata mora imati mogućnost i unosa raspona ruku umjesto visine uz korišćenje formule koja uzima u obzir pol, rasu i starost za preračunavanje iste.</p> <p>Sva mjerenja se čuvaju u PC računaru uz mogućnost poredjenja starih mjerenja i štampu istih.</p> <p>Softver treba da ima mogućnost spajanja ispirijuma i expirijuma sa različitim krivulja protok volumen, istog pacijenta, jednog mjerenja u jednu krivulju protok volumen.</p> <p>Softver treba da ima mogućnost automatske provjere kvaliteta mjerenja.</p> <p>Softver treba da ima mogućnost biološke kontrole kvaliteta sa specijalnim izvještajem koji uključuje trend grafikon i trend parametre</p> <p>Softver treba da ima mogućnost prikaza sledećih parametara kvaliteta tokom izvodjenja spirometrije : FET sa indikatorom za 6 sekundi i prikaz dostizanja platoa.</p> <p>Sav pribor je za višekratnu upotrebu</p>	<b>Komad</b>	<b>1</b>

Garancija: dvije godine

Rezervni djelovi i potrošni materijal : 10 godina

Rok za otklanjanje eventualnog kvara: 24 sata od dostavljanja pismenog zahtjeva.

#### VI Način plaćanja

30 dana od uredno dostavljene fakture

#### VII Rok isporuke robe,izvođenja radova,odnosno pružanja usluge

30 dana od potpisivanja Ugovora.

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

#### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 05.02.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“**

**Dobrota b.b. Kotor.**

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“ Dobrota b.b. Kotor.**

#### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

26.02.2018.god.

#### XI Druge informacije

Ponuđač je pri sačinjavanju ponude u obavezi dostaviti dokaze predviđene članom 65 Zakona o javnim nabavkama.-

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:( Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima: dozvola za obavljanje djelatnosti

Najpovoljniji ponuđač će prilikom potpisivanja ugovora morati dostaviti original ili ovjerenu

kopiju uslova iz čl.65 ZJN.

Cijena ponude piše se brojkama u eurima sa posebno iskazanim PDV-om i sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i svaka strana ponude mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica. Ponuda se podnosi na crnogorskom jeziku , u zatvorenoj kovrti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst“ ponuda –ne otvaraj“, naziv i br. nabavke, a na poleđini , naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponuđač je obavezan dostaviti svoje podatke:adresa,elektronska adresa,PIB, žiro – račun,kontakt osoba , telefon,kao i internet adresa ako je posjeduje .

Službenik za javne nabavke

\_\_\_\_\_  
Dipl.ecc.Radojka Milošević

MP

Ovlašćeno lice naručioca

\_\_\_\_\_  
dr Igor Kumburović