

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"  
Broj: 01-2416/1  
Datum: 28.11.2018.god.

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor" | Lice/a za davanje informacija: Radojka Milošević |
| Adresa: Dobrota b.b.                 | Poštanski broj: 85330                            |
| Sjedište: Kotor                      | PIB : 02032643                                   |
| Telefon: 032-334-536                 | Faks: 032-334-536                                |
| E-mail adresa: domzdr@t-com.me       | Internet stranica (web): www.dzkotor.me          |

**II Predmet javne nabavke**

robe

**III Opis predmeta nabavke**

**Nabavka aparata za elektroterapiju sa priključcima za potrebe jedinice za fizikalnu terapiju JZU: "Dom zdravlja Kotor"**

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om 5.000,00 €;

**V Tehničke karakteristika ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMERA RADOVA**

| Red broj | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke  | Bitne karakteristike predmeta nabavke u Pogledu kvaliteta performansi i/ili dimenzija   | Jedinica mjere | Količina |
|----------|---|---|----------------|----------|
| 1.       | <p style="text-align: center;"><b>APARAT ZA<br/>KOMPLETNU<br/>ELEKTROTHERAPIJU, ULTRAZVUK I<br/>KOMBINOVANU<br/>THERAPIJU SA VAKUUM<br/>MODULOM</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>OPIS :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola bola, stimulacija mišića i ultrazvuk</li> <li>- Mogućnost upotrebe klasičnih gumenih ili vakum elektroda</li> <li>- Ekran osjetljiv na dodir</li> <li>- Izuzetno jednostavna i brza upotreba</li> <li>- Programirani protokoli sa anatomskim pozicioniranjem</li> <li>- Kristalno čist TFT ekran u boji</li> <li>- mogućnost rada na 3 kanala sa standardnom opremom</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KARAKTERISTIKE<br/>ULTRAZVUKA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ultrazvučne frekvencije 1 i 3 MHz</li> <li>- Ultrazvuk kontinuirani I impulsni</li> <li>- Radni ciklus 5,10,20,33,50,80 %</li> <li>- Impulsna frekvencija 16,48 I 100 Hz</li> <li>- Intenzitet 0-2 W/cm<sup>2</sup> kontinuirani,<br/>0-3 W/cm<sup>2</sup> impulsni (osim 80% gdje je maksimum 2,5 W/cm<sup>2</sup> )</li> <li>- Broj UZ priključaka : 2</li> <li>- Veličina UZ aplikatora : 5 cm<sup>2</sup></li> <li>- Programirani protokoli : minimum 25</li> <li>- Slobodne pozicije za program : 1000+</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KARAKTERISTIKE<br/>ELEKTROTHERAPIJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Broj kanala : 2 potpuno nezavisna</li> <li>- Vrsta struja : minimum 26 po kanalu</li> <li>- Programirani protokoli : minimum 42</li> <li>- Slobodne pozicije za programiranje : 1000+</li> <li>- Izlazne karakteristike : Constant Current<br/>(CC) ili Constant Voltage (CV)</li> <li>- Rezolucija amplitude struje : 0,2 mA</li> <li>- Podešavanje polariteta: manuelno</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KOMBINOVANA THERAPIJA</b></p> | komad          | 1.       |

|    |   |   |       |    |
|----|---|---|-------|----|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programirani protokoli : 2</li> <li>- Slobodne pozicije za programiranje: 1000+</li> <br/> <li>- VAKUUM</li> <li>- Broj kanala : 2 potpuno nezavisna</li> <li>- Kontinuirani I intermitentni vacuum</li> <li>- Precizno podešavanje snage vakuuma</li> <br/> <li>- e) STANDARDNA OPREMA :</li> <li>- UZ glava 5 cm2</li> <li>- Poveske za elektrode : 2 komada</li> <li>- Gumene elektrode : 4 komada</li> <li>- Sundjeri za gumene elektrode : 4 komada</li> <li>- Pacijent kabal : 2 komada</li> <li>- Vakuum elektrode : 4 komada</li> <li>- Sundjeri za vakuum elektrode : 4 komada</li> <li>- Vakuum kablovi : 4 komada</li> <li>- Ultrazvučni gel : 300 ml</li> <li>- Uputstvo za rad</li> </ul> |       |    |
| 2. | Pult- kolica za smještaj I rad na aparatu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimenzije : prilagodjene aparatu</li> <li>- Material : čelik</li> <li>- Boja : bijela</li> </ul>   | komad | 1. |

Garantni rok za aparat za elektroterapiju,ultrazvuk,i kombinovanu terapiju sa vakuum modulom je minimum 4 godine

Garantni rok za ultrazvučnu glavu je minimum 1 godina

Isporuka aparata franko radne prostorije fizikalne terapije JZU Dom zdravlja Kotor sa montažom ,puštanjem u rad i obukom kadra .

Period važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

#### **VI Način plaćanja**

Virmanski, 30 dana od isporuke i pravilno dostavljene fakture

#### **VII Rok isporuke robe,izvođenja radova,odnosno pružanja usluge**

20 dana od dana potpisivanja Ugovora.

### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 04.12.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“ Dobrota b.b. Kotor.**

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“ Dobrota b.b. Kotor.**

### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

24.12.2018.god.

### XI Druge informacije

Ponuđač je pri sačinjvanju ponude u obavezi dostaviti dokaze predviđene članom 65 Zakona o javnim nabavkama.-

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:( Rješenje o upisu u registar prometa na veliko medicinskim sredstvima: dozvola za obavljanje djelatnosti ).

S obzirom na kratak rok , ponuđač može dostaviti i izjavu(u prilogu) na osnovu koje pod punom moralnom,materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da posjeduju četiri obavezna uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama,a iste je u originalu ili ovjerenoj kopiji u obavezi i dostaviti prije zaključivanja ugovora.

#### **b.) fakultativni uslovi**

#### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:**

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

*Ponuđač je u obavezi dostaviti katalog proizvoda navedenih u tehničkoj specifikaciji i označiti tražene karakteristike*

|  |
|--|
|  |
|  |

Službenik za javne nabavke

\_\_\_\_\_  
Dipl.ecc.Radojka Milošević

MP

Ovlašćeno lice naručioca

\_\_\_\_\_  
dr Igor Kumburović